



## 日本入国時に必要な検査証明書の要件（検体、検査方法、検査時間）

**※ 有効な検体、検査方法等が記載された検査証明書のみ有効と取り扱います。**

<有効な検査証明書として認められる要件>

<有効な検査証明書として認められない主な例>

### 検体

- **Nasopharyngeal/Nasopharynx (Swab/smear)**  
**Rhinopharyngeal/Rhinopharynx (Swab/Smear)**  
(鼻咽頭ぬぐい)
- **(Deep throat)Saliva**  
(唾液)
- **Nasopharyngeal (※) and oropharyngeal(throat) (swabs /smear)**  
(鼻咽頭ぬぐい・咽頭ぬぐいの混合)  
(Naso and oropharyngeal/Rhino and oropharyngeal/oro and nasopharyngeal (※) )  
(※Nasopharyngeal/Rhinopharyngeal/Nasopharynx/Rhinopharynx)

- × **Nasal (swab/smear)** (鼻腔ぬぐい)
- × **Oral (swab/smear)** (口腔ぬぐい)
- × **Throat (swab/smear)** (咽頭ぬぐい)
- × **Mid-Turbinate Nasal (swab/smear)** (中鼻甲介ぬぐい)
- × **Nose** (鼻ぬぐい)
- × **Gargle Water** (うがい液)
- × **mixture of sample “A” and “B”**  
(「鼻咽頭ぬぐいと咽頭ぬぐいの混合検体」を除く、複数箇所から採取した検体の混合検体)  
(なお、“A”、“B”は検体を指す)

<Example>

- × Nasal and throat (swab/smear) (鼻腔・咽頭ぬぐい)
- × Pharyngeal and nasal (swab/smear) (咽頭・鼻腔ぬぐい)
- × Nasal and oropharyngeal/oropharynx (swab/smear)  
(鼻腔・口腔咽頭ぬぐい)

### 検査方法

- ※下記の方法、もしくは検査手法名を含む方法
- **Nucleic acid amplification test ( (RT-) PCR)**  
核酸増幅検査 ( (RT-) PCR法)  
(real-time (RT-)PCR、Q-PCR、Fluorescence-PCR、Multiplex-PCR)
  - **Nucleic acid amplification test (LAMP)**  
核酸増幅検査 (LAMP法) (RT-LAMP)
  - **Nucleic acid amplification test (TMA)**  
核酸増幅検査 (TMA法)
  - **Nucleic acid amplification test (TRC)**  
核酸増幅検査 (TRC法)
  - **Nucleic acid amplification test (Smart Amp)**  
核酸増幅検査 (Smart Amp法)
  - **Nucleic acid amplification test (NEAR)**  
核酸増幅検査 (NEAR法) (例：ID-NOW®)
  - **Next generation sequence**  
次世代シーケンス法
  - **Quantitative antigen test (CLEIA/ECLEIA)**  
抗原定量検査

- × **Antigen (test/kit)**  
(抗原検査)
- × **Rapid antigen (test/kit)**  
(迅速抗原検査)
- × **Antibody (test/kit)**  
(抗体検査)

※日本で無症状者への検査として推奨している検体・検査方法。

※日本で無症状者への検査として推奨されていない検体・検査方法。

### 検査時間

- **検体採取が**  
**出国前の72時間以内**

- × **結果判明が**  
**出国前の72時間以内**

※今後、国内外の状況に鑑み、上記取扱いを変更する可能性があります。

参考：新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針第4版 (<https://www.mhlw.go.jp/content/000788513.pdf>)